

Antigen-Tests auf SARS-CoV-2 zur Eigenanwendung

die Gegenstand des Anspruchs nach §1 Satz 1 Coronavirus-Testverordnung (TestV) sind („Selbsttests“)

Test-ID	Name des Tests	Evaluierung PEI	Hersteller		Europäischer Bevollmächtigter			Sensitivität		Spezifität		Gebrauchsanw.
			Name ↑≡	Land	Name	Land	Probennahme	%	95%iges Vertraue	%	95%iges Vertraue	
AT1401/21	GLINE-2019-nCoV Ag	Nein	Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd.	CN	Lotus NL B.V.	NL		96,38	91,75 - 98,81	99,56	97,57 - 99,99	Link ...

|< < 1 > >| 1 - 1 von 1

letzte Änderung am: 28.01.2022 11:33

Antigen-Tests auf SARS-CoV-2 zur professionellen Anwendung

die Gegenstand des Anspruchs nach §1 Satz 1 Coronavirus-Testverordnung (TestV) sind („Schnelltests“)

Test-ID	Handelsname	Evaluierung PEI	Hersteller			Europäischer Bevollmächtigter				Sensitivität		Spezifität		Gebrauchsanw.
			Name ↑≡	Stadt	Land	Name	Stadt	Land	Testort*	%	95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall	
AT409/21	GLINE-2019-nCoVAg	Ja	Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd.	Shenzhen	CN	Lotus NL B.V.	The Hague	NL	POC (ohne Gerät)	96,49	91,26 - 99,04	99,25	97,82 - 99,85	Link...

letzte Änderung am: 28.01.2022 11:32 * POC = Point of Care

AT-Nr. / AT-No.	AT-Nr. Selbsttest / AT-No. self-test	Ref-Nr. / ID-No. *	Hersteller / Manufacturer	Testname / Test name	Zielantigen / target antigen	Sensitivität / Sensitivity			Gesamt-Sensitivität / total sensitivity
						Cq ≤25	Cq 25-30	Cq ≥30	
AT409/21		G86247	Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd.	GLINE-2019-nCoV Ag	N	90,0%	30,0%	0,0%	48,0%